

**Einbauinstrument SPE 770 - 050**

Ausführung: PT100, PT1000 Temperatur  
 Dimensionanzeige: °C (Standard)  
 Meßgerät / Meßrate: 3 1/2 stellig / 2,5 Mess./Sekunde  
 Anzeige: LED 57 mm, rot  
 Polarität: autom. "-" Zeichen  
 Dezimalpunkt: programmierbar  
 Schutzart Front: IP 65/ DIN 40050  
 Arbeitstemperatur: -10°C...+ 50°C  
 Schaltausgänge: 2 x Schließer / Öffner  
 Grenzerter: programmierbar  
 Relaisdaten: 2 x 230V / 5A  
 Anschlußart: Liftklemmen  
 Gehäusefront: 290 x 260 mm  
 Einbautiefe: T = 120 mm  
 Versorgung: 230V 50-60Hz 10 VA  
 Meßbereiche: mit Jumper wählbar  
 Tastatur: verriegelbar  
 Sensorausgang: 24 V/ 30 mA DC

**Option: RS 232 Ausgang mit Real Time**

RS 232 Einbauplatine mit Real Time Clock für Druckausgabe über die serielle Schnittstelle. Ausgabe von Datum, Uhrzeit und Messwert mit Dimensionsangabe. Isolierter, bidirektionaler RS 232 Ausgang mit Anbindungssoftware. Das SPE 770/.. kann über diese RS 232 Schnittstelle gesteuert werden. Siehe Routinen Rückseite.

**Option: Analogausgang Klemme 5, 7**

Bei Gerätetypen 010/-020/-030/-050/-060  
 Ausgang: -1999 Digits erzeugen = 0 Volt  
 Kl. 7 = +10V ±000 Digits erzeugen = +5 Volt  
 Kl. 5 = GND +1999 Digits erzeugen = +10 Volt  
 Dabei entfällt der 24 Volt Sensorausgang am SPE



**Fehlermeldungen**

Über- bzw. Unterschreitet das Meßsignal den zulässigen Wert des Eingangsbereichs, so erscheint auf der LED Anzeige ein: "ooo" = Meßbereich wird überschritten  
 "uuu" = Meßbereich wird unterschritten.

**Messbereiche:**

**PT 100 Temperatur** 2 Leiter, 3 Leiter und 4 Leiter Technik

Genauigkeit: (+-0.1% +1 Digit vom Messwert)

B1 - 100,0 °C....+ 199,9 °C

B2 - 100 °C.....+ 650 °C

**PT 1000 Temperatur** 2 Leiter, 3 Leiter und 4 Leiter Technik

Genauigkeit: (+-0.1% +1 Digit vom Messwert)

B1 - 100,0 °C....+ 199,9 °C

B2 - 100 °C.....+ 650 °C

**Rücksetzen auf Werkseinstellung:**

Versorgungsspannung abschalten. Die linken drei Tasten gleichzeitig drücken. Versorgung zuschalten. Tasten erst nach ca. 3 Sekunden wieder loslassen.



**2. Jumper für Bereiche und Funktion**

**Tastensperre:**

Auf der Grundplatine befindet sich ein Jumper der durch das seitliche Loch im Gehäuse gesetzt werden kann. Bei geöffnetem Jumper ist die Tastatur für Eingaben gesperrt.



**Anschlussbelegung der internen Klemmen**



**Relais SP2:** potentialfreier Relais Schaltausgang  
**Relais SP1:** potentialfreier Relais Schaltausgang

**Opt:RS 232:**Galvanisch getrennter RS 232 Ausgang  
 Ausgang: GND (5), RXD (6), TXD (7)

**Ausgang:** 24 Volt / 30 mA Ausgang galvanisch getrennt  
 Versorgungsspannung für externe Sensoren

**230V AC:** Anschluß der AC Netzspannung 230 Volt

Die Meßbereiche sind durch Setzen von Jumpers an der Geräteseite frei einstellbar.

**Meßbereich B2 von -100 °C ...+ 650 °C**  
**Meßbereich B1 von -100,0 °C...+ 199,9 °C**

**Messung mit PT 100 Fühlern**  
**Messung mit PT 1000 Fühlern**

**2 Leiter Messung**  
**4 Leiter Messung**  
**3 Leiter Messung**

**Siehe Routine 23: Funktionswahl und Bereiche**

Einstellung: 000= Bereich B1 für PT100  
 001= Bereich B2 für PT100  
 002= Bereich B1 für PT1000  
 003= Bereich B2 für PT1000  
 Grundeinstellung: "000"

**Abgleich vom Leitungswiderstand bei 2 Leiter Technik**

Der Abgleichtrimmer ist nur für PT100 2 Leiter Technik zuständig. Der Trimmer befindet sich neben der Klemme 1. Fühler in Eiswasser legen (0,0°C) und mittels Poti auf 00,0 °C kalibrieren.



- MOD** Mit der MOD Taste kommt man in die Routinen
- ↑** Mit der Pfeiltaste erhöht man die Stelle
- Mit der Pfeiltaste wählt man die Stelle aus
- SP1** Mit der Taste wird der Schaltpunkt SP 1 angezeigt.
- SP2** Mit der Taste wird der Schaltpunkt SP 2 angezeigt.
- SP1** LED SP1 im Display leuchtet Schaltpunkt 1 aktiviert
- SP2** LED SP2 im Display leuchtet Schaltpunkt 2 aktiviert

**Die Programmierung**

Das programmierbare Einbauinstrument SPE 770 - XXX kann mit seinen integrierten Messroutinen zahlreiche Parameter des Messablaufes steuern. Neue Werte werden wie bei einem Taschenrechner über die Tastatur einfach und bequem eingestellt.

**So läßt sich am SPE die Messroutine anwählen:**

- Drücke Taste MOD **MOD**
- mit der Pfeiltaste Routine wählen, **↑**
- mit Taste MOD bestätigen. **MOD**

**Werte der jeweiligen Messroutine ändern:**

- Gewünschter Wert mit Pfeiltaste einstellen, **↑**
- nächste Stelle mit Zurückpfeiltaste anwählen, dabei blinkt der Punkt der aktiven Stelle **←**
- Gewünschten Wert mit Pfeiltaste einstellen, ... **↑**
- Wenn der gewünschte Wert eingegeben ist, mit der Taste MOD den Wert übernehmen. **MOD**

**Das Gerät arbeitet jetzt wieder im Meßmodus.**

**Die integrierten ProgrammROUTINEN****Routine 1-4: Nur für Sondermeßbereiche**

Bei Temperaturmeßgeräten gesperrt. Und der Dezimalpunkt ist je nach Bereich bereits gesetzt

**Routine 5: Einstellung der Optionen**

Einstellung DAC (Analogausgang) oder RS 232/ RTC eingebaut. 000= DAC oder keine Erweiterungsplatine  
001= RS 232/RTC Platine eingebaut.

**Routine 7: Schalterpunkt SP 1 einstellen****Routine 8: Schalterpunkt SP 1 aktivieren**

Mit dieser Funktionsroutine kann der Schalterpunkt SP1 ein- und ausgeschaltet werden. In der letzten Stelle wird 000 = inaktiv bzw. 001= aktiv eingestellt. Grundeinstellung: "000"

**Routine 9: Schalterpunkt SP 2 einstellen****Routine 10: Schalterpunkt SP 2 aktivieren**

Mit dieser Funktionsroutine kann der Schalterpunkt SP 2 ein- und ausgeschaltet werden. In der letzten Stelle wird 000 = inaktiv bzw. 001= aktiv eingestellt. Grundeinstellung: "001"

**Routine 11: Schalterpunkthysterese SP 1****Routine 12: Schalterpunkthysterese SP 2**

Die Hysterese wird als Anzahl der Digits (max.:1999) eingestellt. Grundeinstellung: "000"

**Routine 13: Testfunktion Relais SP 1****Routine 14: Testfunktion Relais SP 2**

Zeigt die Anzeige AUS, so hat das Relais angezogen, wenn das Relais als Schließer programmiert ist sonst inverse Funktion.

**Routine 15: Relaisfunktion von SP 1 einstellen****Routine 16: Relaisfunktion von SP 2 einstellen**

Jedes Relais kann als Öffner oder Schließer beim Erreichen des jeweiligen Schalterpunktes wirken. Ist die letzte Stelle 001= Öffner, öffnet das Relais bei dem Erreichen des Schalterpunktes den Stromkreis. Ist die letzte Stelle 000 = Schließer, schließt das Relais bei dem Erreichen des Schalterpunktes den Stromkreis. Grundeinstellung: "000"

**Routine 17: Anzugs- bzw. Abfallverzögerung von SP 1****Routine 18: Anzugs- bzw. Abfallverzögerung von SP 2**

Bei Erreichen des Schwellwertes wird die Relaisfunktion zeitlich verzögert ausgelöst. Die zeitliche Verzögerung ist proportional zu den Anzahl der Meßzyklen (max.1999 Zyklen). Anzahl der Meßzyklen = zeitliche Verzögerung. Grundeinstellung: "000"

**Routine 19: Abfrage des maximalen Messwertes****Routine 20: Abfrage des minimalen Messwertes**

Der maximale und der minimale Wert seit dem letzten Reset wird laufend ermittelt und abgespeichert. Die Rücksetzung erfolgt bei angezeigtem Min- oder Maxwert durch gleichzeitiges Drücken der Tasten SP1 und SP2.

**Routine 21: Letzte Stelle auf- / abrunden**

Der Wert für das letzte Digit kann auf 0, 2 oder 5 gerundet werden. Einstellung: 000= Letzte Stelle wird auf 0 gesetzt,  
001= Letzte Stelle wird angezeigt,  
002= 2/4/6/8,  
005= 0/5/0. Grundeinstellung: "001"

**Routine 22: Anzahl der Messungen für die Durchschnittsbildung**

Das Display zeigt den Durchschnittswert an. Einstellung: 000 = keine Durchschnittsbildung, 002= 2..1999 Messungen für Durchschnitt. Grundeinstellung: "000"

**Routine 23: Funktionswahl und Bereiche**

Einstellung: 000= Bereich I für PT100  
001= Bereich II für PT100  
002= Bereich III für PT1000  
003= Bereich IV für PT1000  
Grundeinstellung: "000"

**Routine 25: Freigabe und Zeiteinstellung der RS 232**

Einstellung: 000= keine Messwertausgabe,  
Einstellung: 001= Messwertausgabe aktiv,  
**Zykluszeit in Minuten**  
Einstellung: 002= Messwertausgabe aktiv,  
**Zykluszeit in Sekunden**  
Grundeinstellung: "000"

Datenübertragungsformat: 4800 Baud, keine Parität, ein Stopbit und acht Datenbits.

**Routine 26: Teilerfaktor des Messwertes durch 10**

Einstellung: 000 = kein Teilerfaktor,  
Einstellung: 001= Wert wird durch 10 geteilt  
Grundeinstellung: "000"

**Routine 27: Einstellen der Baudrate der seriellen Schnittstelle**

0 = 150, 1 = 300, 2 = 600, 3 = 1200, 4 = 2400  
5 = 4800, 6 = 9600 Baud

**Routine 28: Real-Time-Clock Minuten**

Dieser Wert ist die Minuten der aktuellen Uhrzeit.  
Einstellbereich: 0-59 Minuten

**Routine 29: Real-Time-Clock Stunden**

Dieser Wert ist die Stunden der aktuellen Uhrzeit.  
Einstellbereich: 0-23 Uhr

**Routine 30: Real-Time-Clock Datum-Tag**

Dieser Wert ist der Tag des aktuellen Datums.  
Einstellbereich: 1-31

**Routine 31: Real-Time-Clock Wochentag**

Dieser Wert ist der Wochentag des aktuellen Datums.  
0 = Sonntag 1 = Montag 2 = Dienstag  
3 = Mittwoch 4 = Donnerstag 5 = Freitag  
6 = Samstag

**Routine 32: Real-Time-Clock Datum-Monat**

Dieser Wert ist der Monat des aktuellen Datums.  
Einstellbereich: 1-12 Bsp.1 = Januar, ... 12 = Dezember

**Routine 33: Real-Time-Clock Datum-Jahr**

Dieser Wert ist der niederwertige Teil der Jahreszahl des aktuellen Datums. Der höherwertige Teil wird immer auf 20 gehalten. Einstellbereich: 0-99  
0 = 2000, .... 99 = 2099

**Routine 34 Sendezyklen für die serielle Schnittstelle**

Im Abstand der eingestellten Sendezyklen, wird der Messwert mit Datum und Uhrzeit versehen, über die serielle Schnittstelle gesendet. Die eingestellte Zahl wird in Minuten gewertet und ist der Zeitabstand zwischen zwei Sendevorgängen. Beachten Sie, daß zum Senden die serielle Schnittstelle mit **Routine 25** generell freigegeben sein muß. Einstellbereich: 0-255  
0 = Timer Stop (kein Senden)  
1 = 1 Minute  
2 = 2 Minuten  
...  
255 = 255 Minuten (4Std 15Min)

Die Anzahl der Sendezyklen wirkt sich auch auf das Senden der Messwerte bei geschlossenem Jumper JP4 aus. Bei Einstellung 0 wird nicht gesendet.

**Routine 35: Dimension des Messwertes**

Die Dimension ist die physikalische Größe des angezeigten Messwertes (z.B: m=Milli,  $\mu$ =Mikro, p=Piko... °=Grad) Die Dimension erscheint nicht im Display des SPE670 sondern nur in dessen Ausdruck. Die Dimension wird als ASCII-Code dezimal eingegeben. Für Sonderzeichen (Codes 128-256) findet dabei die internationale Codetabelle von IBM (Codepage 437) Verwendung. Beispiele: ° = 248, m = 109, n = 110, p = 112 k = 107, M = 77, G = 71

**Routine 36: Benennung des Messwertes**

Die Benennung ist die physikalische Art des angezeigten Messwertes (z.B: V=Volt, A=Ampere, ...C=Celsius) Die Benennung erscheint nicht im Display des SPE670 sondern nur in dessen Ausdruck. Die Benennung wird als ASCII-Code dezimal eingegeben. Für Sonderzeichen (Codes 128-256) findet dabei die internationale Codetabelle von IBM (Codepage 437) Verwendung. Beispiele: A = 65, C = 67, V = 86,  $\Omega$  = 234 (Ohm)

**Routine 37: Benutzerdefiniertes Zeichen des Messwertes**

Das Benutzerdefinierte Zeichen erweitert die Anzeige auf drei Zeichen, wodurch Angaben wie z.B: „bar“ möglich werden. Das Zeichen erscheint nicht im Display des SPE670 sondern nur in dessen Ausdruck. Das Zeichen wird als ASCII-Code dezimal eingegeben. Für Sonderzeichen (Codes 128-256) findet dabei die internationale Codetabelle von IBM (Codepage 437) Verwendung. Beispiele: B - 66 in Routine 35, a - 97 in Routine 36, r - 114 in Routine 37, m - 109 in Routine 35, A - 65 in Routine 36, - 32 in Routine 37 Codetabelle für die Routinen 35, 36 und 37 Siehe ASCII/Sonderzeichen - Tabelle

**Jumper JP4 Einzelauslösung, Ereignisfall**

Ist Jumper JP4 gesteckt, werden im eingestellten Sendezyklus Messwerte über die serielle Schnittstelle gesendet. Auch wenn die Schnittstelle durch Routine 25 deaktiviert ist. Durch Routine 34 können die Sendezyklen eingestellt, bzw das Senden unterdrückt werden. Der Jumper befindet sich im Gerät auf der Grundplatine links von der Anzeige. (Sicht von vorne)

**Arbeits- und Personenschutz**

Beim Einsatz dieser Geräte sind die Bestimmungen für Arbeiten mit Hochspannungen zu beachten, sowie die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften für Arbeiten an elektrischen Geräten und Anlagen.

**CE-Richtlinien**

Erfüllt die EMV Richtlinie (89/336/EWG) und das deutsche EMV Gesetz durch Anwendung der Fachgrundnorm EN 50081/ EN 50082. Erfüllt die Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) durch Anwendung der Produktnorm EN 61010.

**Garantiebestimmungen**

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen für Garantieleistungen innerhalb 12 Monaten. Alle Geräte werden werkseitig geprüft und kalibriert. Von der Garantie ausgeschlossen sind Geräte mit Schäden durch natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, Folgen chemischer Einflüsse oder mechanischer Überbeanspruchung sowie vom Kunden umgebaute und umetikettierte oder sonst veränderte Geräte, wie Reparaturversuche oder zusätzliche Einbauten. Die Garantieansprüche müssen von uns geprüft werden.

**Service**

Wir freuen uns, daß Sie sich für ein Gerät unserer Produktpalette entschieden haben. Sollte trotz allem ein Defekt auftreten, bitten wir Sie das Gerät frankiert an uns einzusenden. Für technische Auskünfte stehen wir Ihnen gerne unter Tel. 089/ 904 868-0 und Fax. 089/ 904 868-10 zur Verfügung. Technische Änderungen vorbehalten.

**Stand: 12. Juli 2004**